Medikal Koşu Bandı Teknik Şartnamesi

1. Motor gücü sürekli 2 hp olmalıdır.
2. Yürüyüş alanı 40x122 cm olmalıdır.
3. Gösterge bilgileri tek pencereli mavi lcd ekran olmalıdır.
4. Gösterge bilgileri hız, mesafe, zaman, kalori olmalıdır.
5. Hız 0.3-12 km olmalıdır.
6. Kurulu ebatları 159x68x129 cm olmalıdır.
7. Zemin türü tartan zemin cushion deck olmalıdır.
8. Cihazın ağırlığı net: 46 kg. brüt: 52 kg. olmalıdır.
9. Güvenlik kemeri bulunmalıdır.
10. MP3 girişi ve hoparlör bulunmalıdır.
11. Tek kişilik kullanım için üretilmiş olmalıdır.
12. Cihazın ağırlığı net:46 kg. brüt: 52 kg. olmalıdır.
13. Taşıma kapasitesi 120 kg olmalıdır.
14. 3 kademeli manuel eğim olmalıdır.
15. Otomatik eğim özelliği bulunmamalıdır.